

大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备计量检测定点服务单位采购项目（一）
采购论证专家签到表

序号	专家姓名	专家单位	联系电话	身份证号	职称
1	张永波	医大一院	15908863085	2108821983240899X	副主任医师
2	李智	大医二院	13998611078	210204197104170053	主任
3	李强	李强67医院	13500719088	210225197910040036	高工
4					
5					
6					
7					

论证专家填写栏

本人声明：

1. 本人与采购单位或采购代理机构没有经济和行政隶属等关系；
2. 本人承诺认真、公正、诚实、廉洁地履行论证职责；
3. 本人愿意以独立身份参加此次采购项目单一来源采购论证工作，并接受有关部门的监督管理；
4. 本人没有违纪违法等不良记录。


专家签字：

李强 李智 张永波

2024年11月 | 日




单一来源专家论证意见

一、基本情况	
采购单位	大连市妇女儿童医疗中心（集团）
项目名称	大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备计量检测定点服务单位采购项目（一）
项目最高限价	6443 元
二、专家论证意见	
专家1论证意见	<p>医疗设备的检测工作属于医院监管 管理工作中必须进行的，产生大连市 仅大连市计量检测检测研究院 性质。文件中资质要求合理，技术要求 没有排他性及倾向性。 本项目符合政府采购法中，只能从唯 一供应商处采购的情形。 经专家论证一致意见，同意单一来源采购。</p> <p>专家姓名：</p>



<p>专家2论证意见</p>	<p>大连市妇女儿童医疗中心(集团)医疗设施设备采购论证。服务单位采购项目。招标文件提出资质要求合理，技术要求没有排他性、倾向性。无不合理条款。符合招标投标法及实施条例规定。本项目符合政府采购法中第三十一(八)款之规定。只能从唯一供应商采购。</p> <p>建议采用单一来源方式采购本项目</p> <p>专家姓名: 齐明</p>
<p>专家3论证意见</p>	<p>大连市妇女儿童医疗中心(集团)医疗设备计量控制论证。服务单位采购项目。招标文件所提出的资质要求合理，技术要求没有排他性及倾向性，招标文件没有不合理条款，各项要求均符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一(八)款之规定，本项目采取单一来源方式进行采购，单一来源供应商为大连计量书影控制研究院有限公司。</p> <p>专家姓名: 田政</p>



<p>综合意见</p>	<p>大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备计量检测定点服务单位采购项目（一）（项目编号：LNTF-FEZB-20241030）招标文件所提出的资质要求合理，技术要求没有排他性及倾向性，招标文件没有不合理条款，各项要求均符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条（一）规定，本项目采取单一来源方式进行采购，单一来源供应商为大连计量检验检测研究院有限公司。</p>	
<p>专家组签字</p>		<p>2024年11月1日</p>



单一来源采购内容说明

一、采购人、采购项目名称：

1、采购人：大连市妇女儿童医疗中心（集团）

2、项目名称：大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备计量检测定点服务单位采购项目(一)

3、项目编号：LNTF-FEZB-20241030

原因及相关说明：

大连市妇女儿童医疗中心（集团）医疗设备计量检测定点服务单位采购项目（一）（项目编号：LNTF-FEZB-20241030）截至开标日止，只有一家投标单位（大连计量检验检测研究院有限公司）报名参与本项目。经专家论证，本项目招标文件所提出的资质要求合理，技术要求没有排他性及倾向性，招标文件没有不合理条款，各项要求均符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定。

参照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定，采用单一来源进行采购的需符合下列要求之一：

- 1、只能从唯一采购商采购的；
- 2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
- 3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“（一）只能从唯一供应商处采购的”要求，专家小组成员一致建议本项目采取单一来源方式进行采购，单一来源供应商为大连计量检验检测研究院有限公司。

二、供应商及服务内容：

供应商名称：大连计量检验检测研究院有限公司

服务要求：

（一）服务要求

1. 按照国家或地方现行有效的检定规程规范开展仪器设备的计量检定工作，出具质检部门认可的检定证书。



2. 供应商向采购人提供医疗设备计量检定服务时,应具备以下能力以应对采购人在服务期内突发的、新增的医疗设备计量检定需求。

(1) 供应商对计量检定的设备,应按照国家检定项目进行检定。要求:检定设备溯源合格,溯源证书在有效期内,设备参数符合检定规程要求。

(2) 供应商须现场计量贴合格标识,所有检定数据均可溯源至国家基准,出具的检定证书须有计量检定机构授权证书号,均应获国家认可,具有法律效力。

(3) 在正常检定周期内,若设备出现异常的紧急状况,供应商须按采购人要求2小时内到达现场,完成设备调修后的计量检定,不再额外加收费用。

(4) 供应商须由本单位人员及标准设备独立完成项目的医疗设备计量检定评价服务。

(5) 供应商须保证检定证书在设备周检到期前5个工作日内送达。

(6) 对快到有效期的计量器具,为采购人提供提醒服务。

3. 在计量知识、计量管理等方面免费为采购方提供培训、有针对性的为采购方进行技术指导。

(二) 计量器具参考参数:

序号	计量器具名称	检测服务内容	单位	单价最高限价(元)	证书类型
1	氧气吸入器	工作压力、密闭性、安全阀排气压力、潮化瓶耐压强度、流量计和氧气压力表示值误差	台	141	检定证书
2	氧气气体报警器	测量仪器示值误差、重复性、响应时间和报警动作值,并判定整机性能是否合格	台	320	检定证书
3	可燃气体报警器	测量仪器示值误差、重复性、响应时间和报警动作值,并判定整机性能是否合格	台	416	检定证书
4	硫化氢气体报警器	测量仪器示值误差、重复性、响应时间和报警动作值,并判定整机性能是否合格	台	597	检定证书
5	复合式气体报警器	测量仪器示值误差、重复性、响应时间和报警动作值,并判定整机性能是否合格	台	1620	检定证书
6	医用超声诊断仪	输出声强、患者漏电流、探测深度、盲区、分辨力、几何位置、囊性病灶	台	782	检定证书
7	移液器/加样枪	外观、密合性、容量允差、重复性	台	200	检定证书



8	电子采血秤	外观及工作正常性、置零/去皮准确度、称量、去皮后称量、偏载、重复性、鉴别阈	台	180	检定证书
9	人体秤	最大称量、置零/去皮准确度、最小称量、检定分度值、鉴别阈、偏载、重复性、称量	台	121	检定证书
10	电子秤	外观及工作正常性、置零/去皮准确度、称量、去皮后称量、偏载、重复性、鉴别阈	台	19	检定证书
11	电子天平(II级)	外观、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、去皮载荷	台	600	检定证书
12	电子天平(III级)	外观、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差、去皮载荷	台	426	检定证书
13	婴儿秤	通用要求、置零/去皮准确度、称量、去皮后称量、偏载、重复性、鉴别阈	台	19	检定证书
14	架盘天平	最大称量、分度值、外观及结构、允许误差	台	29	检定证书
15	砝码	标称量最大允许误差	台	29	检定证书
16	身高体重测试仪	外观及工作正常性、置零/去皮准确度、称量、去皮后称量、偏载、重复性、鉴别阈	台	121	检定证书
17	显微镜	物镜放大倍数、双目显微镜左右两系统放大倍数差、双目显微镜左右视场中心偏差、示值误差	台	315	检定证书
18	玻璃液体温度计	温度修正值	台	60	检定证书
19	流量积算仪	瞬时流量误差, 累计流量误差, 补偿参数误差	台	348	检定证书
20	压差表	压差表: 外观、零位误差、最大示值误差、最大轻敲位移、最大回程误差、指针偏转平稳性	台	100	检定证书

注：最高限价已包含全部费用。除以上列表品目外，采购人其他属于国家强检类项目，供应商承诺无偿提供相关服务。

